



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 48.664.296/0001-71

Pradópolis (SP) 17 de março de 2017

OFÍCIO ESPECIAL - GP

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES
MATHEUS ALVES DE CAMPOS
JOÃO DA COSTA OLIVEIRA

Assunto: Resposta às Indicações 016/2017 e 034/2017

O MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS, vem muito respeitosamente à presença de Vossas Excelências, apresentar respostas da Diretora do Departamento Municipal de Saúde, Maria Otilia Ferraz, em atenção às indicações supracitadas.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Recebido em 17/03/17

Recebido em 17/03/2017

BRUNO LOUZADA FRANCO
Chefe de Gabinete

Recebido em 17/03/17



Prefeitura Municipal de Pradópolis

Estado de São Paulo

CENTRO MÉDICO SOCIAL COMUNITÁRIO
“JANUÁRIO THEODORO DE SOUZA”

Pradópolis, 14 de março de 2017.

Resposta á indicação n 016/2017
Vereador João da Costa Oliveira

Em relação ao pedido do Vereador João da Costa Oliveira, quanto ao desfibrilador informamos que temos esse aparelho no nosso serviço, inclusive já esta em fase de licitação a compra de outro no projeto de emenda parlamentar do Deputado Baleia Rossi; em relação a transporte de pacientes em estado grave informamos que temos cobertura da USA Samu (Unidade de transporte Avançado) e esse é reconhecido como melhor transporte para as Urgência/Emergência, tendo em seu equipamentos o que há de mais moderno.

Quanto a Bomba de Infusão esta sim vem atender as nossas necessidades desde que ela funcione com equipo comuns.

Resposta á indicação n 034/2017
Vereador Matheus Alves de Campos

O ideal de Bebedouro para atendimento externo é o de pressão, os existentes nas unidades de saúde serão substituídos pelo purificador de pressão conjugado (adulto/criança).

O Bebedouro industrial é indicado para área interna ou de pequeno fluxo, sendo que o Centro Médico funciona 24 horas com grande fluxo, tendo a dificuldade de manter a quantidade de copos descartável e a utilização do mesmo. Vindo de encontro com o estudo do Meio Ambiente que diz que além dos problemas ao Meio Ambiente, as pesquisas também apontam que, quando aquecidos, esses copos liberam estireno, ajudando no desenvolvimento de cânceres caso seja ingerido.

Atenciosamente.

Maria Otília Eirraz
Diretora do Departamento Municipal de Saúde